




รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือยาง

1. ความต้องการ เป็นถุงมือที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อและการปนเปื้อน
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อสม. ใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน สำหรับการตรวจคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อและการปนเปื้อน
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 ทำจากน้ำยางธรรมชาติ หรือสารสังเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.
 - 3.2 ถุงมือยางต้องมีความยืดหยุ่นสูง สวมใส่กระชับมือ ความหนา-บางสม่ำเสมอ
 - 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - 4.1 ความยาวของถุงมือยาง ต้องเป็นไปตามขนาดมาตรฐาน (S , M , L)
 - 4.2 ถุงมือที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ (ระบุวันหมดอายุ)
 - 4.3 มีแป้งหรือสารหล่อลื่นที่ถุงมือทุกชิ้น
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในการขายหรือนำเข้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 - 5.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่มีเอกสารมาแสดงในวันที่เสนอราคา
 - 5.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.
 - 5.4 มีฉลากกำกับสินค้าที่ชัดเจนบนภาชนะที่บรรจุ ต้องมีคำเตือนการใช้งาน (อาจทำให้เกิดการแพ้) และเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน
 - 5.5 จำนวน 100 ชิ้นต่อ 1 กล่อง และมีขนาดให้เลือกได้ไม่น้อยกว่า 2 ขนาด
 - 5.6 การส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งมอบถุงมือยาง ณ พื้นที่ที่ผู้สั่งซื้อกำหนด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5) โดยจะต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ หลังจากที่มีการตรวจรับถุงมือยาง ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เรียบร้อยแล้ว
 - 5.7 ความรับผิดชอบ กรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและจัดส่งให้ครบตามจำนวน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทุกกรณี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนัยนา หาญธนะสุกิจ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสายชล กองทอง)
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนุภาพ สีกะมุด)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน